

LIFEPAK® 12 DEFIBRILLATOR/MONITOR

OPERATING INSTRUCTIONS



Sensores y cables de SpO₂

Sensor reutilizable DURASENSOR



Clip reutilizable DURASENSOR
11996-000060 (Adulto)

Sensor reutilizable multisitios DURA-Y
11996-000106 (> 1 kg)



Sensor reutilizable Oxiband

Incluye 50 bandas adhesivas desechables
11996-000061 (Adulto/Neonatal)
11996-000062 (Pediátrico/Infantil)

Banda adhesiva desechable

(100/paquete)
11996-000048 (Adulto/Neonatal)
11996-000049 (Pediátrico/Infantil)

Banda de espuma adhesiva desechable

(100/paquete)
11996-000110 (Adulto/Neonatal)
11996-000108 (Pediátrico/Infantil)

Sensores Nellcor desechables



Oxisensor II (24/caja)

Adulto
11996-000113 (46 cm)
11996-000114 (91,5 cm)

Pediátrico
11996-000116 (46 cm)



Oxisensor II (24/caja)

Infantil
11996-000115 (46 cm)

Neonatal/Adulto
11996-000117 (46 cm)

Herramientas de prueba y formación



Simulador de paciente (QUIK-COMBO)

Se conecta directamente al desfibrilador LIFEPAK para la simulación segura de la cardioversión y la captura eléctrica. Genera fibrilación, taquicardias y braquicardias, así como anomalías del segmento ST y ondas T.

11996-000311 (12 derivaciones)

11996-000310 (3 derivaciones)

Vídeo de funcionamiento

26500-002186 (Inglés - NTSC DVD)

Manual de servicio

21500-006152 (CD Rom)

Manual de uso

26500-002481 (Inglés)

26500-002482 (Inglés internacional)

26500-002483 (Alemán)

26500-002484 (Italiano)

26500-002485 (Francés)

26500-002486 (Holandés)

26500-002487 (Español)

26500-002495 (Portugués)

26500-002496 (Sueco)

26500-002488 (Danés)

26500-002492 (Finés)

26500-002494 (Noruego)

26500-002489 (Polaco)

26500-003413 (Japonés)



Electrodos de entrenamiento reutilizables

Para uso con los simuladores de paciente QUIK-COMBO. Permite a los usuarios practicar la colocación de los electrodos de desfibrilación.

11250-000052 (5 pares)

11101-000003 (Recambio de 5 pares de adhesivos)



Verificador del desfibrilador

Comprueba la integridad del suministro de energía a través de las palas duras estándar. La luz de neón indica que se ha suministrado la energía.

11998-000060



Comprobador de carga (test load)

Se utiliza para realizar las comprobaciones del rendimiento del cable de terapia. Se conecta al cable QUIK-COMBO del desfibrilador.

21330-001365 (Sólo en inglés)

21330-001366 (Inglés, sueco, danés, finés, noruego)

21330-001367 (Inglés, alemán, italiano, francés, holandés, español)

21330-001368 (Inglés, español, portugués, polaco, húngaro)

21330-001369 (Inglés, chino, coreano, japonés)